



Freies Chlor Reagenz Pulverkissen, DPD (100 St.)

Artikel-Nr.: 1407099
CHF Preis: Kontakt
Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Gefahrstoffe



Pulverreagenz in einzeln versiegelten Verpackungen für die Bestimmung von freiem Chlor, 0,1-10,0 mg/L Cl₂.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
Beschreibung:	DPD Freies Chlor, Reagenz Pulverkissen, 25 mL
EPA konform:	Ja
Fußnote:	*Generally, the DR 5000 performs the same methods as the DR/4000. The DR 2800 performs the same methods as the DR 2700, DR/2500, and DR/2400. Some exceptions do exist.
Lagerbedingungen:	10 - 25 °C
Messbereich:	0,1 - 10,0 mg/L Cl ₂
Messbereich (2):	0,05 - 4,00 mg/L Cl ₂
Messgerät:	Alle
Methode:	DPD
Methode (Nummer):	10245
Methode (Nummer) :	10069
Parameter:	Chlor, frei
Plattform:	Pulverkissen
Probenvolumen:	25 mL