

# Reagenziensatz für Azidität, Digital-Titrator

**Artikel-Nr.:** **2272800**

CHF Preis:
Kein Versanddatum angezeigt

Kontakt

Gefahrstoffe





Indikator-Pulverkissen und Titrierkartuschen zur Bestimmung der Azidität: Methylorange 10 - 160 mg/L $CaCO_3$ und Phenolphthalein 100 - 4.000 mg/L $CaCO_3$.

Zur Bestimmung der Azidität durch Digital-Titrator-Titration mit Methylorange (mit Bromphenolblau-Indikator) und Phenopthalein-Endpunkten. Hach Verfahren 8201 (Methylorange) und 8202 (Phenolphthalein). Messbereiche: 10 - 160 und 1.000 - 4.000 mg/L als CaCO3. Der Reagenziensatz enthält: Bromphenolblau-Pulverkissen, Phenolphthalein-Pulverkissen und zwei Natriumhydroxid-Kartuschen (0,1600 N und 1,600 N). Ca. 40 - 100 Bestimmungen

**Präzise Ergebnisse, wann und wo Sie sie brauchen**
Für Digital-Titrator-Verfahren werden ein Hochpräzisions-Dispensiergerät und Kartuschen mit konzentriertem Titranten verwendet, um Analysen im Labor, im Werk oder Außeneinsatz zu ermöglichen.

**Schnell und flexibel**
Austauschbare Kartuschen ermöglichen das Wechseln der Titranten innerhalb von Sekunden. Es müssen keine Büretten gereinigt oder gespült werden.

**Vielseitig**
Über 50 Parameter/Bereich-Kombinationen verfügbar

**Wirtschaftlich**
Konzentrierte Titranten ermöglichen 40 - 100 typische Titrationen pro Kartusche.

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Anzahl Bestimmungen: | 100 |
| Messbereich: | 10 - 160 mg/L |
| Messbereich (2): | 100 - 4.000 mg/L $CaCO_3$ |
| Methode (Nummer): | 8201 (MO) |
| Methode (Nummer) : | 8202 (P) |
| Plattform: | Digital Titrator |