

DPD Gesamt Chlor (Ersatz-)Ampulle für Swiftest Reagenz-Dosierer

Artikel-Nr.: **2105660**

CHF Preis:
Verfügbar

Kontakt

Gefahrstoffe





Für die Bestimmung von Gesamt Chlor, 0,02-2,00 mg/L Cl_2.

Approximately 250 tests

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	250
EPA konform:	Ja
Messbereich:	0,02 - 2,00 mg/L Cl_2
Messbereich (2):	0.02 - 4.50 mg/L Cl_2
Messgerät:	Alle außer DR/3000, DR/2000
Methode:	DPD
Methode (Nummer):	8167
Parameter:	Chlor, gesamt
Plattform:	Swiftest