Swiftest DPD Freies Chlor Reagenz-Dosierer mit Reagenz-Ampulle

Artikel-Nr.: **2802300**

Gefahrstoffe

CHF Preis:
Kein Versanddatum angezeigt

Kontakt

Für die Bestimmung von freiem Chlor, 0,02-2,00 mg/L Cl_2.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	Approximately 250
Messbereich:	0,02 - 2,00 mg/L Cl_2
Messgerät:	Alle außer DR/3000, DR/2000
Methode:	DPD
Methode (Nummer):	8021
Parameter:	Chlor, freies
Plattform:	Swiftest