Chlordioxid Reagenziensatz, 0,04-5,00 mg/L ClO_2

Artikel-Nr.: **2770900**

Gefahrstoffe

CHF Preis:
Kein Versanddatum angezeigt

Kontakt

Zur Bestimmung von Chlordioxid, DPD/Glycin Methode. Für 10 mL Probe.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
EPA konform:	Ja
Messbereich:	0,04 - 5,00 mg/L ClO_2
Messgerät:	All
Methode:	DPD/Glycin
Methode (Nummer):	10126
Parameter:	Chlordioxid