



Be Right™



## Kieselsäure Reagenziensatz, 3-1000 µg/L SiO<sub>2</sub>

Artikel-Nr.: 2553500

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Gefahrstoffe



Für die Bestimmung von Kieselsäure im Spurenbereich, Heteropolyblau-Methode.

### Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
Messbereich:	3 - 1000 µg/L SiO <sub>2</sub>
Messgerät:	Alle außer DR 900, PC II
Methode:	Heteropolyblau
Methode (Nummer):	8282
Parameter:	Kieselsäure
Plattform:	Lösung
Probenvolumen:	Bulk
Spezielles Ausstattungsmerkmal:	UL, Bulk, 100 tests