SpecCheck Sekundär-Gelstandard-Set, DPD Chlor – MR

Artikel-Nr.: **2980500**

CHF Preis: Kontakt

Verfügbar

SpecCheck Sekundärstandard-Set zur Bestimmung von Chlor im mittleren Messbereich bezogen auf die DPD-Methode. Enthält eine Blindwertküvette und 3 farbcodierte Küvetten mit ca. 0,2, 1,6 und 2,7 mg/L Cl_2. Das gebrauchsfertige SpecCheck Sekundärstandard-Set besteht aus vier versiegelten Glasküvetten à 10 mL (1 Zoll Durchmesser). Es handelt sich um drei verschiedene Konzentrationen udn eine Blindwertküvette. Weiterhin gehören eine Anleitung, eine Kunststoffbox sowie ein Analysezertifikat zum Lieferumfang. SpecCheck Standards sind computerformuliert und haben eine Haltbarkeit von zwei Jahren ab Herstellungsdatum.

Hinweis: Nur zur Bestimmung von Chlor im mittleren Messbereich bezogen auf die DPD-Methode zu verwenden (Pocket Colorimeter II, DR300 und DR900).

Nicht zur Verwendung für Methoden mit niedrigem Messbereich (einschließlich LR/HR Pocket Colorimeter II).

Festgel-Standards – keine Vorbereitung erforderlich

Ideal für die Geräteüberprüfung im Labor und vor Ort

2 Jahre garantierte Leistung

Technische Daten

Konzentration:	0 - 4,0 mg/L Cl_2
Methode:	DPD
Volumen / Packungsgröße:	Satz mit 4 Küvetten