



Be Right™



Mangansulfat-Pulverkissen, 50 Stück

Artikel-Nr.: 107166
CHF Preis: Kontakt
Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Gefahrstoffe



Zur Bestimmung von gelöstem Sauerstoff nach der Winkler-Titrationsmethode. Messbereich: 1 bis > 10 mg/L. Hach Verfahren 8215 und 8229. Probengröße: 300 mL.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen: 50
Messbereich: 1 bis über 10 mg/L
Parameter: Gelöster Sauerstoff
Plattform: Pulverkissen