



Be Right™



## Gesamt-Chlor, DPD Reagenz Pulverkissen, pk/1000

Artikel-Nr.:

2105628

Gefahrstoffe

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar



DPD Reagenz Pulverkissen für die Bestimmung von Gesamt-Chlor. Für 10 mL Probe. Messbereich 0,02 bis 2,00 mg/L Cl<sub>2</sub>.

### Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	1000
EPA konform:	Ja
Messbereich:	0,02 - 2,00 mg/L Cl <sub>2</sub>
Messgerät:	Alle außer DR/3000, DR/2000
Methode:	DPD
Methode (Nummer):	8167
Parameter:	Chlor, gesamt
Plattform:	Pulverkissen
Probenvolumen:	10 mL
Volumen / Packungsgröße:	1000 St.