



Chlor, frei und gesamt, Reagenziensatz, 0-3,5 mg/l Cl₂

Artikel-Nr.: 2438800
CHF Preis: Kontakt
Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Gefahrstoffe



Pulverreagenzien in einzeln versiegelten Verpackungen für die Bestimmung von Chlor, frei und gesamt, DPD-Methode. Je 100 Tests.

Für 5 ml Probe.

Borsäure-Frei!

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
Messbereich:	0 - 3.5 mg/L Cl ₂
Methode:	DPD
Probevolumen:	5 mL