

Chlordioxid Reagenziensatz 0,02 - 0,50 mg/L ClO_2, für 100 Tests

Artikel-Nr.: **HPT240**

CHF Preis: Kontakt

Verfügbar

Amaranth Methode

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
Bemerkungen:	Kalibriert für DR 820/50/90, 2000/10, 4000, 2500 und POCKET Colorimeter Chlor
Beschreibung:	Flüssigreagenziensatz für Chlordioxid
Lagerbedingungen:	15 °C - 25 °C
Messbereich:	0,02 - 0,50 mg/L ClO_2
Methode:	Amaranth Methode
Parameter:	Chlordioxid