



Be Right™



Chlordioxid Reagenziensatz, 0,04-5,00 mg/L ClO₂

Artikel-Nr.: 2770900

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Gefahrstoffe



Zur Bestimmung von Chlordioxid, DPD/Glycin Methode. Für 10 mL Probe.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
EPA konform:	Ja
Messbereich:	0,04 - 5,00 mg/L ClO ₂
Messgerät:	All
Methode:	DPD/Glycin
Methode (Nummer):	10126
Parameter:	Chlordioxid