



Kupfer Spur Küvetten-Test 0,01-1,0 mg/L Cu, 20 Bestimmungen

Artikel-Nr.: LCK529
CHF Preis: Kontakt
Verfügbar

LCK Küvetten-Tests: Minimale Reagenzienmenge, maximale Sicherheit.

Gebrauchsfertig, für maximale Sicherheit, einfaches Handling und photometrische Auswertung, umweltfreundlich

Praktische Handhabung mit 50 mm Rechteck-Küvetten und Dosicaps

Höchste Genauigkeit bei der Analyse von sehr geringen Konzentrationen

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	20
Aufschluss erforderlich:	ja, für Kupfer gesamt
Bemerkungen:	Für die Bestimmung von Kupfer gesamt muss die Probe vorher mit dem Crack Set LCW902 aufgeschlossen werden.
Beschreibung:	Kupfer Spur, 50 mm Küvetten-Test
EPA konform:	N/A
Lagerbedingungen:	15 - 25 °C
Messbereich:	0,01 - 1,0 mg/L Cu
Messgerät:	DR3900, DR6000
Methode:	Bathocuproindisulfonsäure-Dinatriumsalz (BADIDI)
Parameter:	Kupfer (Spur)
Plattform:	LCK