



Be Right™



Mangan Pipettiertest 0,005 - 0,5 mg/L Mn

Artikel-Nr.:
CHF Preis:
Verfügbar

LCW532
Kontakt

Gefahrstoffe



Für die Bestimmung von Mangan nach der PAN-Methode.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	50
Bemerkungen:	50 mm Rechteckküvette LZP341erforderlich
Lagerbedingungen:	15 °C - 25 °C
Messbereich:	0,005 - 0,5 mg/L Mn
Methode:	1-(2-pyridylazo)-2-naphthol (PAN)
Parameter:	Mangan

Erforderliches Zubehör

- Kunststoff-Halbmikroküvetten 50 mm, mit Deckel (10 Stück) (Item LZP341)