



## Phenylarsinoxid(PAO)-Digital-Titrator-Kartusche, 0,00564 N

Artikel-Nr.: 199901

Gefahrstoffe

**VERALTETER ARTIKEL**  
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.



Für die Chlor-Bestimmung im niedrigen Konzentrationsbereich mittels amperometrischer Titration unter Verwendung des Digital-Titrators

### Präzise Ergebnisse, dann und dort, wo Sie sie brauchen

Für Digital-Titrator-Verfahren werden ein Hochpräzisions-Dispensiergerät und Patronen mit konzentriertem Titranten verwendet, um Analysen im Labor, im Werk oder Außeneinsatz zu ermöglichen.

### Schnell und flexibel

Austauschbare Patronen ermöglichen das Wechseln der Titranten innerhalb von Sekunden. Es müssen keine Büretten gereinigt oder gespült werden.

### Vielseitig

Über 50 Parameter/Bereich-Kombinationen verfügbar

### Wirtschaftlich

Konzentrierte Titranten ermöglichen 40 - 100 typische Titrationen pro Patrone.

---

## Technische Daten

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| EPA konform:       | Ja                             |
| Messbereich:       | 0 - 1.000 µg/L Cl <sub>2</sub> |
| Messbereich (2):   | 0 - 1.000 µg/L Cl <sub>2</sub> |
| Methode:           | Amperometrisch                 |
| Methode (Nummer):  | 10024                          |
| Methode (Nummer) : | 10026                          |
| Parameter:         | Chlor, frei                    |
| Plattform:         | Digital Titrator               |
| Titrant:           | 0,00564 N PAO                  |