



Be Right™



Chlor-Reagenziensatz (gesamt), Digital-Titrator, mittlerer Messbereich

Artikel-Nr.: 2272500

Gefahrstoffe

VERALTETER ARTIKEL
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.



Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
Messbereich:	20 - 2000 mg/L Cl ₂
Methode (Nummer):	8209
Plattform:	Digital Titrator
Spezielles Ausstattungsmerkmal:	MR Digital Titrator