

# Reagenz, Hydrazin, Accuvac-Ampullen, 25 Stück

**Artikel-Nr.:** **2524025**

Gefahrstoffe



**VERALTETER ARTIKEL**
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

Vorgeschlagene Ersatzprodukte:
- 179032

Zur Bestimmung von Hydrazin mittels p-Dimethylaminobenzaldehyd-Verfahren unter Verwendung von Accuvac-Ampullen. Hach Verfahren 8141. Messbereich: 4 - 600 µg/L. Packung mit 25 Ampullen.

**Schnell**
Die Accuvac-Ampullen liefern schnelle Ergebnisse. Aufbrechen, füllen, ablesen – so sparen Sie wertvolle Zeit.

**Einfach**
Es müssen keine Proben oder Reagenzien abgemessen werden. Die Vakuum-Ampullen ziehen das richtige Probenvolumen ein, sodass selbst ungeübte Anwender bei minimalem Aufwand zuverlässige Ergebnisse erhalten.

**Präzise**
Vakuum-Röhrchen mit optischer Qualität sorgen für präzise Messungen und Reagenzienstabilität.

**Überall einsetzbar, wo Ergebnisse benötigt werden.**
Die Ampullen sind gleichzeitig Reagenzienbehälter und photometrische Messzellen. Es müssen keine Reagenzien oder Proben transportiert werden.

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Anzahl Bestimmungen: | 25 |
| Messbereich: | 4 - 600 µg/L $N_2H_4$ |
| Messgerät: | Alle außer DR/850, DR/820, PC II |
| Methode: | p-Dimethylaminobenzaldehyd |
| Methode (Nummer): | 8141 |
| Parameter: | Hydrazin |
| Plattform: | Accuvac |